

Geislalindir – viðbrögð við atvikum.

Viðbrögð við atvikum sem snerta lokaðar geislalindir.

Hafið samband við ábyrgðarmann eða Geislavarnir ríkisins:

<u>NN..... (ábyrgðarmaður)</u>	xxxxxxx
Geislavarnir ríkisins (kl. 08:00 -16:00 virka daga)	552-8200
og 112 utan þess tíma.	

Viðbrögð við vá.

Hvernig skal bregðast við ef tækið lendir í eldsvoða, ef lokubúnaður festist, ef lindarhús verður fyrir skemmdum (högg, bruni, vatn, ..) og ef lindarhús týnist.

Takmarka aðgang

Fá aðstoð og leiðbeiningar frá Geislavörnum ríkisins

Fá leiðbeiningar frá framleiðanda

Aldrei að reyna viðgerð sem ekki kemur fram í leiðbeiningum frá framleiðanda.

Neyðaráætlun vegna skemmda á lindarhúsi (ytra byrði geislataekis).

Komið ekki nálægt tækinu.

Rýmið svæðið og takmarkið aðgang.

Ef grunur leikur á að starfsmaður hafi fengið á sig geislavirkt efni, má hann ekki yfirgefa svæðið.

Hafið samband við ábyrgðarmann/umsjónarmann.

Hafið samband við Geislavarnir ríkisins.

Ef lindarhús týnist:

Framkvæma ítarlega leit á svæðinu.

Fá aðstoð Geislavarna ríkisins.

Kalla til lögreglu ef tækið finnst ekki og skoða þann möguleika að tilkynna hvarfið opinberlega – fá aðstoð almennings.

Tilkynning um óhapp eða slys sendist til Geislavarna ríkisins.

Fyrirtæki ehf., kennitala

Deild, heimilisfang, sími, fax

Dagsetning skjalsins.